
HPLC REPORT

Structure : COV6279
Number : 010250011
Lot No : P180925-LR638284
Column : 4.6×250mm,Kromasil 100-5C18
Solvent A : 0.1% trifluoroacetic in 100% acetonitrile
Solvent B : 0.1% trifluoroacetic in 100% water
Gradient :

	A	B
0.01min	25%	75%
25min	50%	50%
25.1min	100%	0%
30min	STOP	

Flow rate : 1.0 mL/min
Wavelength : 220nm
Volume : 5ul




Peak No.	Ret Time	Height	Area	Conc.
1	7.562	4183.591	41251.203	0.9215
2	9.382	399.435	2259.103	0.0505
3	9.657	253302.656	4420822.500	98.7509
4	10.425	1233.717	12409.792	0.2772
Total				100.0000

PUREPEPTIDESUK.COM

PUREPEPTIDESUK.COM

MS REPORT

Sequence :



Date and Time:.2018-9-25 16:10:22
Sample :COV6279
MW :3367.97
Lot No. :P180925-LR638284

Probe:	ESI	Probe bias:	+4.5kv
Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	2.5kv
CDL:	-20.0v	T. Flow:	0.2ml/min
CDL Temp:	250℃	B. conc:	50%H2O/50%ACN
Block Temp:	200℃		