HPLC REPORT

Product Name :COV6349

Lot NO :P180928-LC488707

Column :Diamonsil C18, 4.6*250mm, 5um

Solvent A :0.1%Trifluoroacetic in 100% Acetonitrile

Solvent B :0.1%Trifluoroacetic in 100% Water


Gradient :

	A	B
0.0min	25%	75%
25.0min	50%	50%
25.1min	100%	0%
30.0min	Stop	

Flow rate :1.0ml/min

Wavelength :220nm

Volume :20ul




Rank	Time	Quantity	Area	Height
1	8.522	0.2715	24272	3403
2	9.386	0.1832	16381	8729
3	9.547	98.36	8794397	867733
4	9.864	1.186	106038	10164
Total		100	8941088	890029

PURE PEPTIDES UK.COM

PUREPEPDIDESUK.COM

REPORT

Sequence :



Date and Time:.2018-11-1 10:41:30

Sample : COV6349
MW :818.0
Lot No. :P180928-LC488707

Probe:	ESI	Probe bias:	+4.5kv
Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	1.5kv
CDL:	-20.0v	T. Flow:	0.2ml/min
CDL Temp:	250℃	B. conc:	50%H2O/50%ACN
Block Temp:	200℃		