
HPLC REPORT

Structure : BPC-157
Number : 010250011
Lot No : P191012-076014
Column : 4.6×250mm, Venusil XBP-C4
Solvent A : 0.1% trifluoroacetic in 100% acetonitrile
Solvent B : 0.1% trifluoroacetic in 100% water
Gradient :

	A	B
0.01min	25%	75%
25min	50%	50%
25.1min	100%	0%
30min	STOP	


Flow rate : 1.0 mL/min
Wavelength : 220nm
Volume : 5ul



Peak No.	Ret Time	Height	Area	Conc.
1	10.327	1642.800	28505.422	0.3160
2	10.855	4617.887	62825.648	0.6965
3	11.350	535485.000	8880982.000	98.4621
4	12.708	2216.831	47384.063	0.5253
Total				100.0000

PUREPEPTIDESUK.COM

Mass Spectrum



User : SHEN
Sample : BPC-157
MW : 1419.57
Lot No : P191012-076014

Probe:	ESI	Probe bias:	+4.5kv
Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	1.5kv
CDL:	-20.0V	T. Flow:	0.2ml/min
CDL Temp:	250℃	B. conc:	50%H2O/50%ACN
Block Temp:	200℃		

WOLFPEPTIDE.COM
PURE PEPTIDE